KSK
ИНСТРУМЕНТЫ РАББЕРДАМ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ. Инструменты раббердам применяются для изоляции рабочего поля в стоматологии (отдельный зуб и/или его внутренняя поверхность, ряд зубов) во время проведения врачебных манипуляций. Защищают пациента от повреждения ротационным инструментом; способствуют установлению постоянной сухости операционного поля; препятствуют проглатыванию или аспирации мелкого инструментария, фрагментов пломб; исключают химическое повреждение слизистой оболочки полости рта и языка растворами для ирригации корневых каналов, компонентами адгезионных систем, активными веществами “кабинетных” систем отбеливания и т.п.; помогают контролировать десневое кровотечение.

Клампы KSK изготавливаются из специальной закаленной нержавеющей стали, что придает им превосходный пружинящий эффект и максимальную стойкость к коррозии. Для лучшей фиксации на зубе, щечки клампов затачиваются на специальном оборудовании. Чтобы гарантировать высокую упругость и долгий срок службы инструментов, каждая партия продукции проходит проверку на прочность.

КЛАМПЫ	ИНСТРУМЕНТЫ, НАБОР
Для премоляров: 0, 00, 1, Y10 «Matt», 1A, 2, 2A, W2A, 22, 27, 29, 206, 207, 208, 209. **Для моляров:** 3, W3, 4, 5, 7, 7A, 8, 8A, W8A, 12A, 13A, 14, 14A, 15, 18, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 42, 43, 51, 56, 56A, U67, 138, 139, 201, 202, 203, 204, 205, DC1. **Для фронтальной группы зубов:** 6, 9, 44, 90N, 210, 212, 212SA. **Для молочных зубов и первых детских моляров:** 54, 55, 64, 65, 74, 75, 84, 85, P-1, P-2. **“Тигровые” с ретенционными зубцами:** 1T, 1AT, 2T, 2AT, 9T, 14T, 56T. **Специальные:** 215, 216, G-1, G-2. **Клампы с маркировкой “Black”** - клампы с черным покрытием. **Клампы с маркировкой “Matt”** - клампы с матовым покрытием.	Набор Rubber Dam Technic Set Перфоратор для прокалывания отверстий Щипцы для установки клампов Рамка для латексного листа взрослая Рамка для латексного листа детская Подставка для хранения и стерилизации клампов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

! Изделия поставляются нестерильными, подлежат дезинфекции и стерилизации перед применением.

ВАРИАНТ 1. ОДНОВРЕМЕННАЯ УСТАНОВКА КЛАМПА И ЛАТЕКСНОГО ЛИСТА	ВАРИАНТ 2. УСТАНОВКА КЛАМПА ПЕРЕД НАЛОЖЕНИЕМ ЛАТЕКСНОГО ЛИСТА
1). Проверьте проходимость межпроксимальных промежутков и примерьте кламп в полости рта. Убедитесь, что он соответствует особенностям строения зуба и надежно фиксируется, не повреждая мягкие ткани. Снимите кламп. 2). Закрепите латексный лист на рамке для раббердама, проведите разметку и пробейте отверстие перфоратором. 3). С помощью щипцов для установки, пропустите кламп через отверстие и придерживая рамку с натянутым латексным листом, установите конструкцию на зуб. 4). Освободите крылья клампа. Для этого заправьте края латексного листа под кламп и проведите адаптацию флоссом.	1). Проверьте проходимость межпроксимальных промежутков и примерьте кламп в полости рта. Убедитесь, что он соответствует особенностям строения зуба . 2). Зафиксируйте кламп на зубе не повреждая мягкие ткани. 3). Проведите разметку на латексном листе и пробейте отверстие перфоратором. 4). Дугу клампа проденьте через отверстие в латексном платке, а затем обведите его крылья (при использовании “крылатых” клампов). При использовании “бескрылых” клампов обводят вестибулярные и нёбные части щечки клампов. В каждое из пробитых отверстий продевают зуб и изолируемый фрагмент фиксируют клином или латексным шнуром (кордом). 5). Зафиксируйте латексный лист на рамке для раббердама.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не рекомендуется расстягивать щечки клампов более чем на 1,5 мм. относительно ширины зуба. Приложение чрезмерного усилия при расстяжении клампа может привести к его поломке. После 4’000 применений возможна поломка клампа вследствие усталости металла. Инструменты раббердам не подлежат техническому обслуживанию и ремонту. Критерием непригодности клампа является нарушение его целостности и/или значительное увеличение расстояния между его щечками. Как следствие, такой кламп невозможно надежно зафиксировать на зубе.

! ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КЛАМПА

Проведите тест на герметичность. Водно-воздушным пустером налейте воду в область изолированного зуба, осуществите визуальный контроль. Спросите пациента, чувствует ли он подтекание воды. Для достижения лучшей герметичности можно также использовать “жидкий” коффердам.

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИКАХ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ

РУ ФСЗ № 2008/02073 от 07.06.2008г.

Версия 2, 03-2023

УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ

! Изделия поставляются нестерильными, подлежат дезинфекции и стерилизации перед применением.

Проверьте инструмент на наличие загрязнений, царапин, следов деформации и любых других дефектов перед использованием.

1). После использования инструмента немедленно смойте с него такие посторонние вещества как кровь, слюну, медицинские препараты и жидкости. Не используйте абразивные моющие средства, металлические губки и любые другие металлические предметы для очистки инструмента.
2). Удалите остатки моющего средства или чистящего раствора струей проточной воды.
3). Полностью высушите очищенные инструменты после мойки.
4). Проведите дезинфекцию и стерилизацию инструмента.
5). При обнаружении следов ржавчины, признаков износа или каких либо других повреждениях металла, замените инструмент.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Перед первичным и повторным применением поместите инструменты раббердам в дезинфицирующий раствор. Соблюдайте время выдержки и рекомендации указанные производителем дезинфицирующего средства. Используйте дезинфицирующий раствор, за исключением хлора, йодного раствора, гипохлорита натрия, бензалкония хлорида, повидона йода, формалина, фенола, хлоргексидина глюконата, хлорноватистой кислоты и бытовых чистящих средств.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Паровая стерилизация при температуре 132°C в течение 5 минут или при температуре 121°C в течение 15 минут, согласно ISO17665-2.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения не ограничен при соблюдении условий хранения. Хранить в месте, расположенном вдали от нагревательных приборов и защищенном от воздействия прямых солнечных лучей. Не хранить рядом с ржавыми изделиями, щелочными и химическими препаратами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата изготовления указывается на этикетке в строке LOT. Первые две цифры - год изготовления, следующие две цифры - месяц изготовления.

LOT НОМЕР ПАРТИИ	REF АРТИКУЛ	БЕРЕЧЬ ОТ ОТ ПОПАДАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ	БЕРЕЧЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

DENTECH CORPORATION
53-5, Shimizucho, Itabashi-ku,
Токио, 174-0053, Япония
тел.: +81-3-3962-5621
www.dentech.co.jp

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИЯ:

ООО «АЛДЕНТ ПЛЮС»
196240, Россия, г.Санкт-Петербург,
ул. Варшавская, д.69, корп.3, лит.А, пом.14Н
тел.: +7 (812) 450-43-03
aldent@mail.ru, www.aldent.pro

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ

РУ ФСЗ № 2008/02073 от 07.06.2008г.

Версия 2, 03-2023